Produzido no Brasil

Vaporclear®

Vaporizador

3 em 1

Nebulizador Térmico
Sauna Facial
Aromatizador de Ambiente

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA

Soniclear®

TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SAÚDE E DO BEM ESTAR

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Vaporizador Térmico/ Sauna Facial/ Aromatizador

O Vaporizador **Vaporclear** foi desenvolvido dentro dos mais altos padrões de qualidade e segurança para proporcionar a satisfação dos seus usuários, podendo ser utilizado de três formas:

- Quando utilizado como **Nebulizador/Inalador** é recomendado como auxiliar no tratamento das enfermidades respiratórias, aliviando os sintomas de sinusites, irritações da garganta, rinites, laringites, congestões nasais e estados gripais.

- Quando utilizado como **Sauna Facial** é recomendado para auxiliar na limpeza de pele, removendo oleosidade e impurezas que obstruem os poros, preparando a pele para esfoliação e hidratação.

- Quando utilizado como **Aromatizador de Ambientes** possibilita administrar essências aromáticas oleosas em ambientes com até 20m^2. É indicado para tratar, de forma terapêutica, diversos problemas emocionais, psíquicos, respiratórios e digestivos através das essências aromáticas e óleos essenciais extraídos de plantas aromáticas.



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Vaporizador Térmico/ Sauna Facial/ Aromatizador

- **Vaporclear** é o primeiro vaporizador de uso individual fabricado no Brasil.

Possui duas máscaras, sendo uma para inalação e outra para sauna facial. Para utilizar seu **Vaporclear** como aromatizador de ambiente não será necessário acoplar qualquer uma das máscaras.

- É totalmente seguro, pois possui termostato de desligamento automático por aquecimento excessivo. Já vem com um fusível reserva no compartimento do fusível, para ser usado no caso de queimar o que estiver em uso.

Permite graduar a intensidade de vapor através de um botão regulador de fluxo de vapor do tipo grelha, prático e eficiente.

Vaporclear®

ÍNDICE

Apresentação do Produto	0
Vantagens e Benefícios	1
Acessórios e Componentes	3
Recebendo o Aparelho	4
Características Técnicas	4
Instruções de Uso	5
Modo de Usar (passo-a-passo)	7
Limpeza e Assepsia	8
Observações Importantes	9
Problemas e Soluções	10
Substituindo o Fusível	10
Soniclear - Tecnologia a Serviço da Saúde e do Bem Estar	12
Certificado de Garantia	CONTRA CAPA

Vaporclear®

ACESSÓRIOS E COMPONENTES

Havendo necessidade de reposição de algum componente em seu aparelho, consulte na lista abaixo o nome correto para solicitar na fábrica ou em um dos nossos Representantes Técnicos Autorizados. Todos os acessórios podem ser adquiridos separadamente.


(1) Suporte de Máscara
(2) Reservatório Interno de Alumínio (Capacidade 40 ml)
(3) Botão Regulador de Fluxo de Vapor
(4) Botão de Religamento Manual de Segurança
(5) Chave “liga-desliga”
(6) Luz LED (indicador de ligado)
(7) Painel
(8) Chassi
ABAIXO DO APARELHO
(9) Porta fusível externo com 1 (um) de reserva (0.5 ampères)
(10) Chave seletora de voltagem - 127/ 220 V
(11) Cabo de força
(12) Copo dosador com 40 ml
(13) Máscara Facial
(14) Máscara Nasal

Soniclear®

RECEBENDO O APARELHO

1. Retire o aparelho embalado de dentro da caixa, inclusive o plástico que o envolve.

2.Faça os procedimentos de limpeza e assepsia como descrito na página 8 deste Manual.

3.Leia atentamente o Manual de Instruções antes de ligá-lo. Guarde-o cuidadosamente juntamente com o folheto dos Postos Autorizados de Assistência Técnica no Brasil.

4.Confira os acessórios que acompanham o produto. Caso haja algo em desacordo, entre em contato com a loja onde adquiriu o aparelho ou diretamente a fábrica **Soniclear.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Método de Vaporização: Aquecimento através de resistência elétrica
Alimentação: 127/ 220 Volts – AC – com chave seletora de voltagem
Regulador de intensidade de vaporização: Manual
Temperatura máxima: 110ºC
Consumo aproximado: 70 Watts
Dimensões: 160 x 210 x 280 mm
Peso do produto/ produto embalado: 820g/ 880g
Acionamento: Com chave interruptora “Liga/ Desliga”
Dispositivo de segurança: Termostato bimetálico com desligamento automático e religamento manual
Indicador de funcionamento: Através de diodo “LED” luminoso
Garantia: 1 (um) ano contra defeitos de fabricação, conforme instruções contidas no certificado de garantia

Vaporclear®

INSTRUÇÕES DE USO

ATENÇÃO
Prezado cliente,

Para obter maior proveito de todos os recursos e benefícios disponíveis em seu vaporizador **Vaporclear,** e prolongar sua vida útil, procure observar com atenção as instruções contidas neste manual.

1) Certifique-se de que a chave seletora de voltagem está de acordo com a rede local. Por medida de segurança o aparelho sai de fábrica em 220 Volts. Efetue os processos de limpeza e assepsia dos acessórios antes de utilizá-los.

2) Quando o aparelho estiver ligado, nunca deverá ficar sem os devidos cuidados do usuário. Escolha um local apropriado, em cima de uma superfície sólida, estável e nivelada para evitar acidentes no seu manuseio. **(RISCO DE QUEIMADURAS)**

3) Durante uma inalação, faça o processo normal de respiração. Caso esteja muito quente, afaste o rosto da máscara por alguns instantes para evitar queimaduras ou diminua o fluxo de vapor no botão regulador de fluxo.

4) Não recomendamos o uso do aparelho com extensões ou cordões elétricos.

5) Não utilize em ambientes externos, perto de aerossol (sprays), líquidos inflamáveis ou onde estiver sendo administrado oxigênio.

6) Devido ao aparelho trabalhar com vapor aquecido, escolha um ambiente que não tenha corrente de ar frio, e lembre-se, após o uso jamais se desloque para locais frios ou tome líquidos gelados.

7) Seu vaporizador trabalha com resistência elétrica, portanto é normal o aquecimento do gabinete do aparelho.

8) Utilize o equipamento somente como descrito neste manual, não use acessórios não recomendados pela Soniclear.

CUIDADO ***Devido ao aparelho trabalhar com vapor aquecido, escolha um ambiente que seja fora do alcance de crianças e animais domésticos para evitar acidentes. (RISCO DE QUEIMADURAS)***

9) UTILIZANDO O APARELHO PARA INALAÇÕES

ATENÇÃO: *Se o aparelho for utilizado para fazer inalação em criança, deverá ter o acompanhamento e supervisão de um adulto.*
Utilize somente medicamentos receitados e nas posologias que seu médico receitar. Em nosso manual não constam informações sobre o uso de medicamentos específicos.
"Consulte sempre seu médico e evite a auto medicação".

- Para fazer inalações aproxime o nariz sobre a máscara nasal e faça a vaporização confortável, obtendo os efeitos desejados. ANTES DE LIGAR SEU APARELHO SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NA PÁGINA 7.

10) UTILIZANDO O APARELHO COMO SAUNA FACIAL

- Para fazer sauna facial aproxime o rosto na máscara facial e faça a vaporização confortável obtendo os efeitos desejados no processo de sauna facial. ANTES DE LIGAR SEU APARELHO SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NA PÁGINA 7.

11) UTILIZANDO O APARELHO COMO AROMATIZADOR DE AMBIENTE

- Para aromatizar o ambiente com seu Vaporclear, escolha a essência aromática de sua preferência e acrescente na água.
Observação: Os 40ml de água que o Vaporclear suporta em seu reservatório irá evaporar juntamente com a essência aromática por completo em aproximadamente 30 minutos, acionando o desligamento automático de segurança.

IMPORTANTE!

Seu Vaporizador **Vaporclear** possui um termostato bimetálico de desligamento automático para proteção do aparelho, que o desliga automaticamente. Para religá-lo basta apertar o botão de religamento até que a luz "LED" acenda.
Lembre-se: O **Vaporclear** somente poderá ser religado após seu resfriamento (aproximadamente 5 minutos).

Vaporclear®

MODO DE USAR

Passo-a-passo



1. Verifique se a chave seletora de voltagem 127/ 220 Volts (10) está de acordo com a voltagem do local. Por medida de segurança, este aparelho sai de fábrica em 220V.

2. Retire o suporte da máscara (1) e coloque soro fisiológico ou água destilada dentro do reservatório interno (2) respeitando o limite máximo de 40ml do copo dosador (12).

3. Acrescente o medicamento prescrito para as inalações ou a essência aromática para aromatizar o ambiente.

4. Recoloque o suporte da máscara (1), encaixe a máscara nasal (14) (inalação) ou a máscara facial (13) (sauna facial). Certifique-se que a máscara está totalmente adaptada.

5. Ligue o aparelho na rede elétrica (11), ligue a chave liga/ desliga (5) e aguarde aproximadamente de 3 a 5 minutos para que o aparelho inicie o processo de vaporização.

6. Regule a intensidade de vapor girando o botão regulador de fluxo (3) de acordo com a sua necessidade.

CUIDADO ***Devido ao aparelho trabalhar com vapor aquecido, escolha um ambiente que seja fora do alcance de crianças e animais domésticos para evitar acidentes. (RISCO DE QUEIMADURAS)***

LIMPEZA E ASSEPSIA

Desligue o aparelho, desconecte-o da rede elétrica e aguarde esfriar totalmente.

Desencaixe todos os acessórios e retire todos os resíduos de líquidos ou medicamentos.

Limpe o reservatório de alumínio com papel toalha e lave os acessórios com água e sabão neutro.

Após a lavagem, sempre que utilizar o aparelho para inalações, coloque os acessórios numa solução germicida durante 30 minutos. Nunca utilize álcool.

Deixe secar e guarde o aparelho e seus acessórios em sua caixa.

IMPORTANTE!

Jamais utilize água fervente, esterilizadores e forno de microondas, pois isto irá danificar as peças plásticas, que neste caso não serão cobertas por garantia.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1) Verifique se a chave 127/ 220 Volts (10) está de acordo com a voltagem local. Por medida de segurança este aparelho sai de fábrica em 220 V.

2) Faça a limpeza e esterilização de todos os acessórios sempre antes de utilizar o aparelho.

3) Seu vaporizador funciona através de uma resistência elétrica, que quando ligada nas primeiras vezes poderá exalar um odor característico de aquecimento do circuito elétrico, desaparecendo com a continuidade de uso do aparelho, sendo assim uma ocorrência normal.

4) Nunca utilize o aparelho se o cabo de força (11) estiver danificado.

5) Não molhe ou mergulhe em água o gabinete ou unidade de vaporização. **RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO** e danos permanentes podem ocorrer com a entrada de líquidos no mecanismo do aparelho.

6) Mantenha sempre o aparelho desligado da rede elétrica quando não estiver em uso, ou quando for limpá-lo.

7) Por se tratar de um equipamento que trabalha através de aquecimento, jamais poderá ser utilizado por crianças sem o devido acompanhamento e supervisão de um adulto.

8) Não há peças no equipamento que possam ser consertadas pelo usuário. Portanto, em caso de defeito, procure um posto de assistência técnica mais próximo ou diretamente a fábrica.

POSSÍVEIS PROBLEMAS DE OPERAÇÃO E SOLUÇÕES

Verifique você mesmo!

1. Quando eu ligo o aparelho na chave “Liga/ Desliga” o aparelho não vaporiza, e agora?

- Confira se a chave seletora de voltagem está na posição compatível com a rede local 127/ 220V (10). Por medida de segurança o aparelho sai de fábrica em 220V.
- Verifique se o cabo está conectado na rede elétrica (11), e se não há mal contato no “plug” adaptador ou na tomada elétrica.
- Lembre-se que o aparelho trabalha por aquecimento, e só começa a vaporizar após 3 ou 5 minutos, depois de ligado.
- Verifique se a luz “LED” (6) do painel (7) está acesa, caso não esteja aperte o botão de religamento manual de segurança (4).
- Observe se o botão regulador de fluxo de vapor (3) não está em posição totalmente fechado.
- Se tudo estiver correto verifique o fusível (9), caso esteja queimado substitua-o pelo reserva conforme os passos descritos abaixo:



SUBSTITUINDO O FUSÍVEL

1. Com uma chave de fenda, abra o compartimento do fusível localizado abaixo do aparelho.

2. Retire o compartimento.

3. Retire o fusível queimado e substitua-o pelo fusível reserva que acompanha no compartimento (fusível de 0,5 ampères).

4. Coloque o fusível reserva no local indicado e encaixe-o no compartimento pressionando até que fique fixo na base do aparelho.

LEMBRE-SE
O fusível utilizado no Vaporclear é de 0,5 ampères

Soniclear®

2. Se o produto acidentalmente cair na água ou em outro líquido?

- **Não tente apanhá-lo sem antes desconectar da tomada elétrica (RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO). Depois encaminhe para um posto autorizado de assistência técnica ou diretamente à fábrica.**

3. Caso quebre algum acessório como devo proceder?

- Poderá ser adquirido outro acessório ou componente em um de nossos postos autorizados de assistência técnica ou diretamente à fábrica

4. Caso tenha feito tudo correto e o aparelho mesmo assim não funcionar?

- Deverá ser encaminhado para um posto autorizado de assistência técnica ou diretamente para a fábrica, junto com a nota fiscal e/ou certificado de garantia devidamente preenchido, lembre-se que a garantia é para defeitos de fabricação conforme as normas que constam em nosso certificado de garantia.

- Acesse nossa Relação de Postos Autorizados de Assistência Técnica no Brasil pelo website:

www.soniclear.com.br

A **Soniclear** é uma empresa nacional de médio porte, sediada em São Paulo/ SP. Desde 1987, destaca-se na fabricação de Inaladores/ Nebulizadores ultra-sônicos, vaporizadores térmicos, umidificadores de ambiente e equipamentos para aplicação estética através de ultra-som. Reune em seus produtos a mais avançada tecnologia, a melhor qualidade e os maiores benefícios para os mais exigentes consumidores.

Os produtos fabricados pela **Soniclear** possuem registros no Ministério da Saúde e Anvisa, atendendo aos padrões nacionais e internacionais de segurança e qualidade.

Para esclarecimentos e maiores informações entre em contato com a **Soniclear** (soniclear@soniclear.com.br).

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Rua Basílio da Cunha, 866 - Cambucí
CEP: 01544-001 - São Paulo/ SP
SAC: 11. **2591-3988 / 2060-9500**
Fone: 11. **2591-6000**
Fax: 11. **2274-6456**
soniclear@soniclear.com.br
www.soniclear.com.br

TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SAÚDE E DO BEM ESTAR

Vaporclear®

LINHA DE PRODUTOS SONICLEAR

Hair Sonic
Aplicador Ultra-Sônico
de Queratina para os Cabelos

Sistema MICRO CONTROLADO

Pulmosonic Star
Nova Geração
Inalador Ultra-Sônico

Sistema MICRO CONTROLADO

Pulmosonic Star Luxo II
Nova Geração
Inalador Ultra-Sônico

Pulmopar Plus
Inalador - Jato de ar unidirecional

Waterclear Max Turbo
Umidificador e Purificador
Ultra-Sônico de Ambiente

Sistema MICRO CONTROLADO

Waterclear PREMIUM
Umidificador e Purificador
Ultra-Sônico de Ambiente

CERTIFICADO DE GARANTIA

A **Soniclear**, assegura ao proprietário – consumidor do aparelho aqui identificado, garantia contra defeitos de materiais e ou fabricação pelo prazo legal de 03 meses e mais uma garantia adicional cedida pela **Soniclear** de 09 meses, totalizando o período de 01 ano, contados a partir da data de aquisição, esta feita em revendedor de produtos **Soniclear**. A garantia fica assegurada desde que, constatado o defeito por técnicos autorizados pela **Soniclear**.

Os acessórios (peças plásticas) contidos neste produto, por serem materiais de desgaste natural, terão a garantia legal contra defeitos de fabricação pelo prazo de 03 meses (90 dias), desde que sejam seguidas todas as informações de limpeza e assepsia contidas neste manual.

A **Soniclear**, restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que a critério de seu técnico credenciado, se constate a falha em condições normais de uso.

A **Soniclear**, declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer uso em desacordo com o Manual de Instruções, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas de tensão, ou ainda, no caso de apresentar sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela **Soniclear**.

Também será considerada nula a garantia, se o consumidor não apresentar este Certificado e a Nota Fiscal de compra, ou que se os mesmos apresentarem rasuras ou modificações, ou ainda se o certificado não estiver preenchido corretamente.

A **Soniclear**, obriga-se a prestar os serviços acima requeridos, tantos os gratuitos como os remunerados, somente nas localidade onde mantiver Serviços Autorizados. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho ao Serviço Autorizado mais próximo ou diretamente para a fábrica (ida e volta).

A GARANTIA NÃO COBRE A TROCA DOS COMPONENTES ABAIXO RELACIONADOS

- RESISTÊNCIA ELÉTRICA
Por se tratar de um componente elétrico que só se danifica quando o aparelho é usado incorretamente.

Alguns exemplos:
- Funcionar sem água no reservatório;
- Deixar o aparelho sofrer quedas;
- Esquecer o aparelho ligado após o término do uso;
- Deixar o reservatório com excesso de água, o que poderá ocasionar infiltrações no mecanismo eletrônico do aparelho.

- COMPONENTES ELETRÔNICOS
Quando for constatado que o aparelho foi ligado em voltagem errada ou outros danos decorrentes do mal uso do equipamento.

- PEÇAS PLÁSTICAS
São componentes que se desgastam naturalmente pelo uso e pela ação dos medicamentos utilizados em inalações. Obs: Em condições normais de uso.

O produto aqui identificado, destina-se exclusivamente ao uso pessoal e doméstico, não é indicado o uso em clínicas, hospitais, salões de estética ou outros locais onde este uso venha a ser contínuo, caracterizando aplicação comercial, sendo que neste caso a garantia deixa de ter qualquer valor.

IMPORTANTE

Cabe ao usuário comprovar que seu inalador se encontra dentro do prazo de Garantia mediante apresentação da Nota Fiscal de compra e /ou Certificado de Garantia devidamente preenchido. Portanto, guarde-os cuidadosamente.

Comprador:_____

Data da Venda: _____ Nota Fiscal:_____

Cidade:_____Estado:_____

Aparelho nº.: _____Modelo:_____

jun/08